# SPEZIFIKATION für Haftetiketten doppelt selbstklebend mit speziell festhaftenden Klebstoff und mattem Papier



**Kunde: Key Surgical GmbH / STERIS**
**Zum Windpark 1**
**23738 Lensahn**

**Lieferant: MediDruck GmbH**
**Lenabergweg 1**
**91626 Schopfloch**

Die Spezifikation gilt für alle Haftetiketten mit doppelt selbstklebender Ausführung, mit speziellem stark haftendem Kleber und mattem Papier. Die Key Surgical spezifischen Artikelnummern und Bezeichnungen sowie die spezifischen technischen Eigenschaften zu jeder Ausführung des Artikels sind im Anhang definiert.

**Produktaufbau:** Obermaterial: Duplex-Papier 90 g/m², weiß matt
Klebstoff: 2 x festhaftend
Trägermaterial: Silikonpapier 65 g/m² gelb

**Indikator:** Wasserdampf-Indikator rosa nach ISO 11140-1, Typ 1
Der Indikator schlägt von seiner ursprünglichen Farbe nach braun bis schwarz um

**Etikettierung:** Die Daten für die Etikettierung werden von der Fa. Key Surgical gestellt.

**Mindesthaltbarkeit:** 3 Jahre

**Mitgeltende Unterlagen:** Sicherheitsdatenblatt „Tempilink S-FRC-743C-de.pdf

| Erstellt am: | Geprüft am: | Genehmigt: |
|---|---|---|
| Unterschrift: | Unterschrift: | Unterschrift: |