Interlock Medizintechnik GmbH
Zum Windpark 1
23738 Lensahn
Germany
Telefon: 0049 4363 905900
Telefax: 0049 4363 90590590

SPEZIFIKATION

	Produkt:	**Format / Größe:**
REF 09072	Siebdokumentationsblock mit Indikator	100 x 100 mm

Produktaufbau: Papier, sterilisationsfest, weiß, 80 g/m²

Indikator: Prozessindikator Wasserdampf rosa
Der Indikator schlägt von seiner ursprünglichen Farbe nach dunkelbraun bis schwarz um.
Der Farbumschlag entspricht der europäischen Norm EN 867-2 und ISO 11140-1.

Druckfarbe: 1/0-fbg., schwarz, sterilisationsfest

Verarbeitung: blockweise zu 100 Blatt am Kopf auf Sulfatkarton verleimt rechtwinklig geschnitten auf Endformat

Ausführungsmuster:



Kompatibilitätshinweise:

Sterilisationsverfahren:		
STEAM (Dampf)	☒ geeignet	☐ ungeeignet
EO (Ethylenoxid)	☐ geeignet	☒ ungeeignet
FORM (Formaldehyd)	☐ geeignet	☒ ungeeignet
VH2O2 (Plasma)	☐ geeignet	☒ ungeeignet

Lensahn, 04.03.14 W