
Getinge Assured

Bowie-Dick Test Card 134°C

Die Getinge Assured Bowie-Dick Test Card dient zur täglichen Überwachung von Vorvakuum-Dampfsterilisatoren, die bei 134 °C sterilisieren. Die Vorgabewerte 134 °C für 3,5 Minuten gelten für Labor-Testzyklen gemäß Indikatorstandard EN ISO 11140-4. Ein echter Bowie-Dick-Testzyklus (gemäß EN 285) unterscheidet sich vom Testzyklus gemäß EN ISO 11140-4 und muss dem routinemäßigen Krankenhaussterilisatorzyklus entsprechen. Zur Überbrückung der Unterschiede zwischen Indikator-Testzyklen und Krankenhaus-Bowie-Dick-Testzyklen gemäß EN 285 ist eine Änderung der Plateauphase möglich.

Folglich weisen die Getinge Bowie-Dick-Zyklen eine Plateauphase von weniger als 3,5 Minuten auf und entsprechen so beiden Standards. Dieses Getinge Assured-Produkt wurde geprüft und es wurde nachgewiesen, dass es sowohl in subatmosphärischen und transatmosphärischen Testzyklen gemäß EN ISO 11140-4 sowie in Getinge Bowie-Dick-Zyklen gemäß EN 285 dieselbe und bewährte Leistung aufweist.



Leistungsmerkmale

Bei einem ordnungsgemäß funktionierenden Sterilisator zeigt die Indikatorgrafik auf dem ganzen Indikatorbild einen einheitlichen Farbumschlag von Lila zu Grün an. Ist eine übermäßige Menge an Restluft oder nicht kondensierbarer Gase vorhanden (schwerer Fehler), zeigt die Indikator grafik keine einheitlich grüne Farbe an, sondern bleibt in der Mitte lila oder hellgrau. Möglicherweise muss eine Wartung angefordert werden.

Vorgabewerte

- **Beschichtung:** oben und unten
- **Abmessungen:** 125 mm x 95mm

Umgebungsbedingungen

Lagerung: In der versiegelten Original-Verpackung bei Raumtemperatur (10–38 °C) und 10–60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor Licht und Hitzeeinwirkung schützen.

Haltbarkeit

24 Monate. Das Verfallsdatum ist auf der Produktverpackung aufgedruckt.

Standardklassifizierung

Indikatoren der Typ 2 gemäß ISO 11140-4:2007, ISO 11140-1 für die Verwendung bei bestimmten Tests.

Bestellinformationen

Getinge Assured	Bestellnummer
Bowie-Dick Test Card 134°C	6005500589

Getinge Infection Control AB, P O Box 69, SE-305 05 Getinge, Sweden

www.getinge.com