Telemetrie-Gerätebeutel

CE

TECHNICAL DATA SHEET

Description

Referenz: 71800
Maße
Beutelöffnung Länge: 100 mm
Taillengurt Länge: 1400 mm
Taillengurt Breite: 20 mm
Halsgurt Länge: 1120 mm
Halsgurt Breite: 20 mm
Der obere Gurt wird um den Hals geschlungen und dann an der oberen Hakenlasche befestigt, während der untere Gurt um den Rumpf geschlungen und dann an der unteren Hakenlasche befestigt wird. Nach der Befestigung wird ein persönliches Telemetriegerät für die Patientenversorgung durch die Öffnung an der Oberseite des Beutels in den Beutel eingeführt.

Indikation

Zur Befestigung eines Telemetriesenders bei gleichzeitiger Minimierung des Verrutschens oder der Bewegung während der Aktivität des Patienten.
Dieses Produkt ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Kontraindikation

Keine besondere.

Hauptmaterialien

Beutel: Polyester-Schaumstoff / Polyester-Vliesstoff
Haken: Nylon
Hals- und Taillengurt: Polyester Enthält kein Naturkautschuklatex.
Enthält kein DEHP.

Sterilisation

Nicht steril.

Haltbarkeitsdauer

Keine Angabe.

Verpackung

Versandkarton mit 30 Stück.
2 Spenderboxen mit 15 Einheiten pro Versandkarton.
Barcodierung: GS1-128 Symbologie, linear, auf Versandkarton und Spenderbox.

Herstellung

Product ist in Mexiko hergestellt.
Das Qualitätssystem der Produktionsstätte entspricht der Norm ISO 13485.

Gesetzliche Informationen

Produkt CE-gekennzeichnet gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.
Klasse des Produkts: I.

Lagerung

Trocken und kühl lagern und von starken Wärmequellen fernhalten.
Bewahren Sie so viel wie möglich in dem Versandkarton und/oder der Spenderbox auf.

**Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von O&M Halyard oder seinen verbundenen ©2022 Alle Rechte vorbehalten*

Dieses Dokument wurde unter Verwendung der neuesten Informationen erstellt.Im Interesse einer kontinuierlichen Verbesserung können sich die Eigenschaften des Produkts ohne vorherige Ankündigung ändern.