

ASEPT® Drainage Kit – Anwendung


Eine ausführliche Beschreibung der Drainage entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.




Waschen Sie Ihre Hände mit Seife für mindestens 1 Minute.




Öffnen Sie die Behandlungseinheit.




Der Vakuumindikator muss eingefahren sein. Falls nicht, verwerfen Sie die Flasche.




Ziehen Sie die Handschuhe an.




Schließen Sie die Schlauchklemme.




Desinfizieren Sie das Katheter-Ventil mit einem alkoholhaltigen Hautdesinfektionsmittel.




Entfernen Sie die Schutzkappe und drücken Sie den ASEPT® Verbinder in die Ventilöffnung.




Schrauben Sie den ASEPT® Verbinder im Uhrzeigersinn in den blauen Ventileinsatz.




Öffnen Sie die grüne Flaschenklemme.



Öffnen Sie nun langsam die Schlauchklemme am Drainageschlauch.




Die Flüssigkeit fließt in die Vakuumflasche.




Nach Drainage: Schließen Sie die Schlauchklemme und lösen Sie die Ventilverbindung.


ASEPT® Drainage Kit – Anwendung




Ziehen Sie das zweite Paar Handschuhe an. Nur am Umschlag anfassen!




Reinigen Sie die Katheter-Austrittsstelle und das Ventil gründlich mit alkoholhaltigem Hautdesinfektionsmittel.




Legen Sie das Katheter-Pad um den Katheter und legen Sie den Katheter spiralförmig darüber.




Decken Sie den Katheter mit den Kompressen ab.



Ziehen Sie das nicht bedruckte Papier vom Pflaster ab. Der Rahmen bleibt am Pflaster kleben.



Ziehen Sie das bedruckte Papier vom Pflaster ab. Die klebende Pflasterseite liegt nun frei.



Kleben Sie das Pflaster mit der Klebeseite über die Kompressen und entfernen Sie den Papierrahmen.

Hinweis

Bevor Sie die hier beschriebenen Produkte einsetzen, müssen Sie durch einen Arzt oder eine qualifizierte Pflegekraft in die Anwendung eingewiesen worden sein.

Ansprechpartner

Sie haben Fragen zu den ASEPT® Produkten?

asept@pfmmedical.com
www.pfmmedical.com/asept

+49 2236 9641-530
Mo-Do 8:00-17:00 Uhr
Fr 8:00-15:00 Uhr

Folgen Sie uns!

pfm medical tpm gmbh
Wankelstraße 60
50996 Köln
Germany

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485

pfm medical mepro gmbh
Am Söterberg 4
66620 Nonnweiler
Germany

CE 0124

(01)04042301171450(10)2024-10-09