色指定
1色 ブルー

TERUMO

Terumo Maintenance Code
ET1780D01C
2024-06/Rev.01

TERUMO DIGITAL CLINICAL THERMOMETER
THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DIGITAL TERUMO
TERUMO DIGITALES FIEBERTHERMOMETER
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TERUMO
TERMOMETRO CLINICO DIGITALE TERUMO
TERUMO FIEBERTHERMOMETER
TERUMO DIGITAL TERMOMETER FÖR KLINISK BRUK
TERUMO DIGITAALINEN SAIRAALAKUUMEMittari

Read these instructions carefully before use.
Lire soigneusement le mode d'emploi avant toute utilisation.
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung sorgfältig.
Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de su uso.
Prima dell'uso leggere attentamente le seguenti istruzioni.
Les deze handleiding aandachtig vóór gebruik.
Läs denna användningsanvisning noga före användning.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

INTENDED PURPOSE / UTILISATION PRÉVUE / ZWECKBESTIMMUNG / INTENDED USE / USO PREVISTO / BEOOGD DOEL / AVSETT ÄNDAMÅL / KÄYTTÖTARKOTUS

Terumo Digital Clinical Thermometer is intended to use for body temperature measurement in hospital ward and clinic. (ET-C207D is for axillary and ET-C207S is for oral (including) / rectal use. When ET-C407S is in oral use, the target age is for those over 5 years old.
Le Thermomètre électronique Terumo sert uniquement pour mesurer la température corporelle au sein des hôpitaux et cliniques. (ET-C207D pour un usage axillaire et ET-C407S pour un usage oral (subligoual) / rectal. L'emploi de ET-C407S par voie orale cible les plus de 5 ans.
Das Terumo Digitales Fieberthermometer ist für die Messung der Körpertemperatur in Krankenhäusern und Klinikabteilungen. (ET-C207D ist für die Achselhöhle und ET-C207S für den orale (sublingual) / rectalen Gebrauch. Wenn ET-C407S zur angewendet wird, sollte der Verwender über 5 Jahre alt sein.
El Termómetro Clínico Digital Terumo está destinado a usarse para la medición de la temperatura corporal en salas de hospital y clínicas. El modelo ET-C207D es para la axila y el modelo ET-C207S para uso oral (sublingual) / rectal. Cuando el modelo ET-C407S se usa de forma oral, la edad objetivo comprende a aquellos mayores de 5 años.
Il Termometro Clinico Digitale Terumo deve essere usato per la misurazione della temperatura corporea negli ospedali e nelle cliniche. (ET-C207S è accettato nuovo ET-C407S è per uso orale (sublingua) e per uso retale. ET-C407S è per uso orale da utilizzare per pazienti dai 5 anni in su.
Terumo Klinische Digitale Thermometer zijn bedoeld voor gebruik voor operaties kamer/ziekenhuizen en zieken huis. (ET-C207D is voor gebruik onder de oksel en ET-C207S is voor oraal (sublingaal) / rectaal gebruik. Als ET-C407S voor oraal wordt gebruikt is de leeftijd van de doelgroep ouder dan 5.
Det digitala Terumo kliniktermometer är avsedd för kroppstemperaturmätning på sjukhus och vårdhem. (ET-C207S är avsedd för mätning av axillär temperatur och ET-C207S för oral (sublingual) / rektal bruk. Om ET-C407S ska vara oral bruk är gränsvärdet för ålder ET-C407S avsedd för.
Terumo Digitaalinen Sairaalakuumemittari on tarkoitettu nuorisolääkäriksi mittaamiseen sairaalassa ja vastaanotolla. (ET-C207S on tarkoitettu lämmön mittaamisen kainalosta, kun taas ET-C407S on tarkoitettu lämmön mittaamisen suun (kielen alta) / peräaukon kautta. Pitkän aikavälin käytössä ET-C407S mittaa kainalosta.

PARTS AND THEIR FUNCTION / PIÈCES ET FONCTIONS / TEILE UND IHRE FUNKTION / COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO COMPONENTI E LORO FUNZIONI / ONDERDELEN EN HUN FUNCTIE BESKRIVNING OCH FUNKTION / DELAR OCH DERAS FUNKTION

Digital display / Affichage digital / Digitales Display / Pantalla digital / Display digitale / Digital skärm / Digitaali näyttö / Digitaalinen näyttö

Battery Mark / Icône de pile / Batteriesymbol / Simbolo della batteria / Indicatore batteria / Batteriesymbol / Batterijsymbol / Batteri-symbol



Applied part (Temperature sensing part and enclosure around this part)
Pièce appliquée (partie de détection de la température et boîtier de cette partie)
Anwendungsteil (Temperatursensor und Gehäuse um diesen Teil)
Parte aplicada (parte sensora de temperatura y recinto que protege)
Parte applicata (parte utilizzata di determinare della temperatura e involucro che racchiude tale parte)
Toegepaste onderdeel (temperatuursensor en omsluiting van deze onderdeel)
Tillämpad del (temperatursensorkomponent och kapsling runtt denna del)
Käytössä (lämpötilan mittauksessa ja lähellä sen ympärillä olevan osuus)
Käytössä (lämpötilan mittauksessa ja lähellä sen ympärillä olevan osuus)

• The province of the production mark in the display, indicates that the displayed temperature has been calculated (predictive). The absence of this mark indicates that the thermometer is in measurement mode.
La présence de la marque présentée sur l'affichage indique que la température affichée a été calculée (prévision). L'absence de cette marque indique que le thermomètre fonctionne en mesure directe.
Die Anzeige der Kennzeichnungsmarke im Display weist darauf hin, dass der angezeigte Temperatur berechnet wurde (Vorhersage). Wird diese Kennzeichnungsmarke nicht angezeigt, befindet sich das Thermometer im Messmodus.
La presencia de la marca de producción en la pantalla indica que la temperatura mostrada ha sido calculada (modo predicción). La ausencia de esta marca indica que el termómetro está en modo de medición directa.
La presenza del simbolo di produzione nel display indica che la temperatura visualizzata è stata calcolata con il metodo della misurazione predittiva. L'assenza del simbolo indica che il termometro è in misurazione effettiva.
De aanwezigheid van het productiemerkteken op het display toont aan dat de afgelezen temperatuur berekend is (voorspelling). De afwezigheid van dit teken betekent dat de thermometer in directe opnamen.
Produktionsmärkets närvaro i displayen indikerar att temperaturen har beräknats (mätning av förutsägelse). Om det inte finns en markering angar att termometern mäter den faktiska temperaturen (direkt mätning).
Ennustemerkin näkyminen näytöllä osoittaa, että näkyvä lämpötila on laskettu (ennusti). Ellei merkkiä näy, se merkitsee että kuumemittari mittaa suoraan.

Storage case / Etui de protection / Aufbewahrungstasch / Envase protector / Custodia / Beschermhoes / Säilytyskotelo

Magnet (internal) / Aimant (interne) / Magnet (intern) / Imán (interno) / Magneet (intern) / Magnet (intern) / Magnet (sisäinen) / Magneetti (sisäinen)



Model	Type	Colour	Type	Colour
Modèle	Type	Couleur	Typ	Farbe
Modell	Typ	Farbe	Tipo	Color
Modello	Tipo	Colore	Type	Kleur
Modell	Typ	Färg	Tyyppi	Väri
Malli	Tyyppi	Väri		

ET-C207D	Dual Blue / Bleu foncé / Dunkelblau / Azul oscuro / Blu scuro / Donkerblauw / Mörkblå / Tummansininen	2x1 beep signal (Predictive measurement) / Signal 2 bip (Mesure prévisionnelle) / 2 Signalton (Vorhersagemessung) / Dos pitidos (Medición predictiva) / 2 segnali acustici (Misurazione predittiva) / 2 toon signaal (Voorspellende meting) / Ett dubbelt pipljud (Prediktiv mätning) / Kaksi äänimerkkiä (Ennustava mittaus)	2x0 beep signal (Direct measurement) / Signal 2 bip (Mesure directe) / 2 Signalton (Direktmessung) / Dos pitidos (Medición directa) / Segnale ottico continuo (Misurazione diretta) / 2 toon signaal (Directe meting) / Ett dubbelt pipljud (Direkt mätning) / Kaksi äänimerkkiä (Suora mittaus)	Pulsation / Pulsation / Pulsation / Pulsación / Pulsazione / Pulsatie / Pulsation / Pulsaatio
ET-C207S	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen			
ET-C407S	Blue / Bleu / Blau / Azul / Blu / Blauw / Blå / Sininen	Approx. 5 min.		
	Dual Blue / Bleu foncé / Dunkelblau / Azul oscuro / Blu scuro / Donkerblauw / Mörkblå / Tummansininen	Approx. 3 min.		
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 1 min.		
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 30 sec.		
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 10 sec.		
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 5 sec.		
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 3 sec.		
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 1 sec.		
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 0.5 sec.		
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 0.3 sec.		
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 0.1 sec.		



IP22	1.5 beep signal (Predictive measurement) / Signal 1bip (Mesure prévisionnelle) / 1 Signalton (Vorhersagemessung) / Pitido (Medición predictiva) / 1 segnale acustico (Misurazione predittiva) / 1 toon signaal (Voorspellende meting) / Ett pipljud (Prediktiv mätning) / Yksi äänimerkki (Ennustava mittaus)	2 beep signal (Direct measurement) / Signal 2bip (Mesure directe) / 2 Signalton (Direktmessung) / Pitido (Medición directa) / Segnale ottico continuo (Misurazione diretta) / 2 toon signaal (Directe meting) / Ett pipljud (Direkt mätning) / Kaksi äänimerkkiä (Suora mittaus)	Pulsation / Pulsation / Pulsation / Pulsación / Pulsazione / Pulsatie / Pulsation / Pulsaatio

Storage case / Etui de protection / Aufbewahrungstasch / Envase protector / Custodia / Beschermhoes / Säilytyskotelo / Säilytyskotelo

Model	Type	Colour	Type
Modèle	Type	Couleur	Typ
Modell	Typ	Farbe	Tipo
Modello	Tipo	Colore	Type
Modell	Typ	Färg	Tyyppi
Malli	Tyyppi	Väri	

ET-C207D	Dual Blue / Bleu foncé / Dunkelblau / Azul oscuro / Blu scuro / Donkerblauw / Mörkblå / Tummansininen	1.5 beep signal (Predictive measurement) / Signal 1bip (Mesure prévisionnelle) / 1 Signalton (Vorhersagemessung) / Pitido (Medición predictiva) / 1 segnale acustico (Misurazione predittiva) / 1 toon signaal (Voorspellende meting) / Ett pipljud (Prediktiv mätning) / Yksi äänimerkki (Ennustava mittaus)	2 beep signal (Direct measurement) / Signal 2bip (Mesure directe) / 2 Signalton (Direktmessung) / Pitido (Medición directa) / Segnale ottico continuo (Misurazione diretta) / 2 toon signaal (Directe meting) / Ett pipljud (Direkt mätning) / Kaksi äänimerkkiä (Suora mittaus)
ET-C207S	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen		
ET-C407S	Blue / Bleu / Blau / Azul / Blu / Blauw / Blå / Sininen	Approx. 5 min.	
	Dual Blue / Bleu foncé / Dunkelblau / Azul oscuro / Blu scuro / Donkerblauw / Mörkblå / Tummansininen	Approx. 3 min.	
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 1 min.	
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 30 sec.	
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 10 sec.	
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 5 sec.	
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 3 sec.	
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 1 sec.	
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 0.5 sec.	
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 0.3 sec.	
	Dual Red / Rouge foncé / Dunkelrot / Rojo oscuro / Rosso scuro / Donkerrood / Mörkrött / Tummanpunainen	Approx. 0.1 sec.	

SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOS SIMBOLI / SYMBOLEN / SYMBOLER / SYMBOLIT



• Separate collection for electrical and electronic equipment (European symbol)
• Collecte séparée pour les équipements électriques et électroniques (symbole européen)
• Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten (europäisches Symbol)
• Recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos (símbolo europeo)
• Raccolta differenziata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (simbolo europeo)
• Gescheiden inzamelingen voor elektrische en elektronische apparaten (Europese symbool)
• En elektrisk och elektronisk produktsamlad skall samlas in separat (EU-symbol)
• Erillinen keräys sähkö- ja elektroniikkalaite varten (Euroopan unionin symbolit)
• Importer / Importeur / Importieren / Importar / Importare / Importeren / Importera / Importoi
• Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Produttore / Producent / Tillverkare / Valmistaja
• Temperature limitation / Limites de température / Temperaturbegrenzung / Límites de temperatura / Limiti di temperatura / Temperatuurbeperking / Temperaturbegränsning / Lämpötilarajoitus
• Keep away from sunlight / Tenir à l'abri des rayons du soleil / Vor Sonnenlicht fernhalten / Mantener lejos de la luz solar / Tenere lontano dalla luce solare / Bewaren in de zon / Förvaras i det mörka / Säilytettävä suojassa suoralta auringonvalolta
• Stacking limit by number / Limite de empilement par nombre / Stapelhöhe nach Anzahl / Límite de apilamiento por número / Limite di impilamento per numero / Stapelbaar aantal / Stapelbar antal / Pinottavuusraja-arvo
• Keep dry / Garder au sec / Trocken halten / Mantener seco / Tenere asciutto / Droog houden / Förvaras torr / Säilytettävä kuivana
• Fragile, handle with care / Fragile, manipuler avec soin / Zerbrechlich! Mit Vorsicht behandeln / Frágil, manejar con cuidado / Fragile, maneggiare con cautela / Fragiel, voorzichtig ermee omgaan / Ömtålig, hantera med omsorg / Hauras, käsittele varovasti
• Temperature limit / Limite de température / Temperaturbegrenzung / Límite de temperatura / Limite di temperatura / Temperatuurbeperking / Temperaturbegränsning / Lämpötilarajoitus
• Limit of pressure atmospheric / Limite de pression atmosphérique / Luftdruckbegrenzung / Límite de presión atmosférica / Limite di pressione atmosferica / Luchtdrukbeperking / Begränsning av lufttryck / Ilmapaineenrajoitus
• Limit of humidity / Limite d'humidité / Feuchtigkeitsbegrenzung / Límite de humedad / Limiti di umidità / Vochtigheidsbeperking / Begränsning av luftfuktighet / Kosteusrajoitus
• Medical device / Dispositif médical / Medizinprodukt / Dispositivo médico / Dispositivi medicali / Medisch hulpmiddel / Medicinsk produkt / Lääkinnäkohteen
• Product number / Référence / Artikelnummer / Referencia / Codice articolo / Artikelnummer / Artikelnummer / Tuotenumero
• Serial number / Numéro de série / Seriennummer / Número de serie / Numero di serie / Serienummer / Serienummer / Sarjanumero
• Unique Device Identifier / Identifiant unique du dispositif / Eindeutige Gerätekennzeichnung / Identificador único de dispositivo / Identificatore univoco del dispositivo / Unieke Identificatiecode / Unik Enhets Identifikation / Laitteen yksilöllinen tunniste

PRODUCT DESCRIPTION / PRÉSENTATION DU PRODUIT / PRODUKTBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / DESCRIZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCTBESCHRIJVING / PRODUKTBESKRIVNING / TUOTEKUVAUS / TUOTEKUVAUS

The Terumo Digital Clinical Thermometer is a precision instrument that guarantees fast and accurate measurement of the body temperature. The thermometer provides two measurement modes:
Predictive measurement: the body temperature is calculated by a micro-processor based on the temperature detected by the sensor and the statistical temperature data based on the measurement results.
Direct measurement: if the measurement is continued after the first beep signal, the thermometer automatically switches to the direct reading mode. In this case, the sensor directly reads the temperature of the measuring site (direct measurement).
The thermometer is automatically switched on or off when it is taken out of or put back into its storage case.

⚠ **CAUTION** • Use only the specified batteries. Do not use other batteries.
If the battery power is low, the battery mark is shown on the display. In that case, the thermometer needs to be replaced.
The thermometer is designed in such a way that it automatically switches off when it is put into its storage case. This prevents unintended activation of the battery by small children.
Dispose of the thermometer (and the batteries) according to your national regulations for the disposal of electronic products.
The thermometer's water-resistant and can be disinfected.

METHOD OF USE / MODE D'EMPLOI / GEBRAUCHSANLEITUNG / MODO DE EMPLEO / MODALITÀ D'USO / GEBRUIKSAANWIJZING / ANVÄNDNINGSANVISNING / KÄYTÖSSÄ / KÄYTÖSSÄ



The Terumo Digital Clinical Thermometer is a precision instrument that guarantees fast and accurate measurement of the body temperature. The thermometer provides two measurement modes:
Predictive measurement: the body temperature is calculated by a micro-processor based on the temperature detected by the sensor and the statistical temperature data based on the measurement results.
Direct measurement: if the measurement is continued after the first beep signal, the thermometer automatically switches to the direct reading mode. In this case, the sensor directly reads the temperature of the measuring site (direct measurement).
The thermometer is automatically switched on or off when it is taken out of or put back into its storage case.

⚠ **CAUTION** • Use only the specified batteries. Do not use other batteries.
If the battery power is low, the battery mark is shown on the display. In that case, the thermometer needs to be replaced.
The thermometer is designed in such a way that it automatically switches off when it is put into its storage case. This prevents unintended activation of the battery by small children.
Dispose of the thermometer (and the batteries) according to your national regulations for the disposal of electronic products.
The thermometer's water-resistant and can be disinfected.

METHOD OF USE

This thermometer can be used with either a rectal (anus), axillary (armpit), Slip (mouth) and 5 (for the death is not used.
Remove the thermometer from its storage case. The power is automatically switched on, and the display will change in the sequence 1. This display means that the thermometer is operating normally.
Only when using the cover sheath:
(a) Place the thermometer between your index finger and the white flaps of the inner cover.
(b) Fold back the printed flap.
(c) Press the sides of the inner cover to remove the inner cover containing the thermometer.
(1) Oral measurement (ET-C407S)
Place the thermometer, with the sensor as far as possible under the tongue. Close the mouth. Keep the thermometer as stable as possible and avoid talking or breathing through the mouth during the measurement.
(2) Axillary measurement (ET-C207D)
Wipe off any perspiration from the armpit and place the thermometer in the armpit. Keep the thermometer in an angle of approx. 30° to the upper part of the body. Keep the thermometer in place by pressing the upper arm against the body.
If the thermometer cannot be in a close contact with the armpit, we recommend using an oral thermometer.
Rectal measurement (ET-C407S)
Insert the tip (area) of the thermometer in the correct location (adult: 3 - 5cm, child: 2 - 3cm, infant: 1.5cm) in the rectum. Make sure that the thermometer is kept in place during the entire measurement.
Do not take a measurement with a lot of force/ pressure on the anus.
Reading the temperature
(1) Predictive measurement
A beep signal will sound after approx. 30 sec.
Read the temperature from the measuring site and read the temperature. The predicted temperature value is shown on the display. This is indicated by the production mark " " above the °C on the display.
(2) Direct measurement
If the thermometer is kept in place after the first beep signal, the thermometer will switch to the direct measurement method. A second beep signal will sound after approx. 5 min. from the start of the measurement for the oral/rectal type ET-C407S. (30 min. for

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO / ELIMINACIÓN Y RECICLAJE / ELIMINACIÓN Y RECICLAJE / ELIMINAZIONE E RICICLAGGIO / ELIMINATIE EN RECYCLING / ELIMINERING OCH ÅTERVINNING / KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN JA KIERRÄTYS / KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN JA KIERRÄTYS

- Se il termometro non fa più attendere durante mucho tiempo, comprarlo o funciona nonsalmente (o) se eccende, o apparisce buco o dedicato indicazioni del mind de batteria, etc.) antes de utilizarlo.
- Este termómetro no debe utilizarse ona o aplaudo con otros aparatos electrónicos. Sin necesario su uso cerca o aplaudo, vigile de cerca al termómetro para comprobar el funcionamiento normal en la configuración en la que se a usado.
- Questo termometro non deve essere usato con altri apparecchi elettronici. Se non necessario, tenere sotto controllo il termometro per assicurarsi che funzioni correttamente nella configurazione in cui lo si sta usando.
- Dit thermometer mag niet gebruikt worden in combinatie met andere elektronische apparaten. Als de communicaties de coëfficiënten gaan afkrijgen, controleer de thermometer dan zorgvuldig om ervoor te zorgen dat de communicaties goed functioneren.
- Det digitala termometern ska inte kombineras med andra elektronisk produkter. Om det inte behövs, bör det digitala termometern hållas under uppsikt för att det ska fungera som det ska.
- Tuotteen ei saa yhdistää muiden sähkötuotteiden kanssa. Jos ei tarvita, tuotetta on seurattava ja varmistettava, ettei tuote toimi oikein.
- Tuotteen ei saa yhdistää muiden sähkötuotteiden kanssa. Jos ei tarvita, tuotetta on seurattava ja varmistettava, ettei tuote toimi oikein.

CONDIZIONI DI GARANZIA / CONDICIONES DE GARANTÍA / CONDICIONES DE GARANTÍA / CONDIZIONI DI GARANZIA / GARANTIEBEPALINGEN / GARANTIVILLKOR / TAKUUEHDOT / TAKUUEHDOT

La validità della garanzia è di 1 anno dalla data di acquisto. Il termometro va stato usato per meno di 10.000 misurazioni.
Si cosa di problemi di funzionamento durante il periodo di garanzia, si prega di presentare il certificato di garanzia ed il termometro difettoso al rivenditore presso cui si è stato effettuato l'acquisto. Il prodotto deve essere accompagnato da: la data di vendita, il nome del rivenditore, il nome del cliente, il modello e il numero di serie.
La garanzia non è valida quando:
- il prodotto va stato danneggiato a causa di incidente, negligenza, abuso, manomissione o uso improprio.
- il prodotto non ha