Quality time for better care

"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions.

TERUMO MEDICAL CARE SOLUTIONS


HOSPITAL CARE

Surshield™ Versatus™


I.V.-Sicherheitskatheter

Desinfizieren Sie die Punktionsstelle gemäß den vor Ort gültigen Hygienestandards und stellen Sie sicher, dass sämtliche Teile bereitliegen.
Berühren Sie den Katheter vor dem Gebrauch nicht. Richten Sie sich immer nach dem genehmigten Protokoll Ihrer Einrichtung bzw. nach den CDC-Richtlinien.

1 Vorbereitung




Entnehmen Sie den I.V.-Katheter aus der Verpackung.




Halten Sie das Gerät am Ansatz fest und entfernen Sie den Kanülenschutz mit einer Drehbewegung.


2 Platzierung



Nachdem die Haut desinfiziert und ein Venenstauer angelegt wurde, führen Sie die Kanüle in einem flachen Eintrittswinkel in die Vene ein.




Vergewissern Sie sich, dass das Blut weit genug und in ausreichender Menge in das System hineinfließt.




Prüfen Sie auch, ob ausreichend Blut an der Einstichstelle vorhanden ist („sekundärer Rückfluss").

3 Herausziehen und Entsorgen



Fixieren Sie den Katheter oder halten Sie ihn mit dem Finger an Ort und Stelle, während Sie die Kanüle vollständig herausziehen.



Üben Sie mit dem Finger weiterhin Druck aus und werfen Sie die gebrauchte Kanüle in einen durchstichsicheren Behälter.

Fixieren Sie den Katheter gemäß den Richtlinien Ihres Krankenhauses mit geeignetem Material.

Anwendungsempfehlungen

Bitte lesen Sie immer die Produktinformationen, um sich einen vollständigen Überblick über die Warn- und Sicherheitshinweise sowie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu verschaffen.

MP258DE-0622FK-I(11.22)E

TERUMO EUROPE N.V. +32 16 38 12 11 www.terumo-europe.com