Assemblage et utilisation des Sharpsafe 5L / 7L

Faire

1

Plier le Dual Protect Pro™ vers l'intérieur en position ouverte **avant d'assembler le couvercle**

2

Assember le couvercle (4 clics) en **plaçant l'étiquette et la limite de remplissage du couvercle sur la même face**

3

Laisser toujours le couvercle en **fermeture provisoire entre les activités de soins**

Ne pas faire

1

Ne pas plier le Dual Protect Pro™ quand le conteneur est en cours d'utilisation

2

Ne jamais jeter ou laisser tomber de haut vos DM souillés

3

Ne jamais laisser un conteneur ouvert entre les activités de soins

Hospidex
www.hospidex.eu
info@hospidex.eu

Marketed by Hospidex nv/sa
Grijpenlaan 23, B–3300 Tienen
Belgium
Tel. +32 16 77 89 31

HOSPIDEX France SAS
31 Parc du Golf
350 Avenue JRGG de la Lauzière
13593 - Aix en Provence Cedex
France

SS-IM-H0371-AssemblyAndUseOfSharpsafe5L/7L-FR 202509