CASAQUE CHIRURGICALE

stérile

NOTICE TECHNIQUE

CE

Description

90002 : Casaque chirurgicale, taille S
90012 : Casaque chirurgicale, taille L
90042 : Casaque chirurgicale, taille XL
90013 : Casaque chirurgicale, taille L, X-Long
90043 : Casaque chirurgicale, taille XL, X-Long

Tissu type SMS, manches raglan, encolure ajustable, Velcro, dispositif de fixation jaune, plissé tombant. Fournie avec 1 essuie-mains.

Dimensions :

	90002	***90012***	***90042***	***90013***	***90043***
Longueur *(devant, du cou jusqu'en bas)*	105 cm	113 cm	117 cm	134 cm	142 cm
Longueur *(dos, du cou jusqu'en bas)*	114 cm	123 cm	127 cm	145 cm	150 cm
Longueur des manches *(de l'aisselle à la manchette)*	53 cm	57 cm	63 cm	54 cm	62 cm
Tour de cou *(global)*	55 cm	57 cm	63 cm	71 cm	69 cm
Largeur du corps *(global)*	142 cm	156 cm	174 cm	154 cm	174 cm

Propriétés :
Poids de base du matériau de base : 44 g/m².
Casaque à performances standard, conforme à la norme EN 13795.
Résultats des tests conformes à la norme EN 13795, disponibles sur demande.

Indication


Destinée à éviter le transfert d'agents infectieux du personnel présent dans le bloc aux patients.
Produit à usage unique.

Contre-indications

Aucune en particulier.

Matériaux principaux

Matériau de base : Tissu SMS (polypropylène), traité localement pour être déperlant au contact de l'alcool, et dissiper l'électricité statique
Manchettes et fils : Polyester
Attache en Velcro : Nylon, polyéthylène
Ne contient pas de caoutchouc / latex naturel
Ne contient pas de DEHP



Stérilisation

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène (OEt).

Conditionnement

90002,90012 : Emballage de transport de 36 unités
90042,90013,90043 : Emballage de transport de 34 unités.

Chaque article est placé dans 1 sac en polyéthylène individuel. Emballage à l'unité : Enveloppe CSR, emballage pelable FFS (« Form / Fill / Seal ») 1 autocollant de traçabilité. Codage par code à barres : Symbologie GS1-128, linéaire, sur l'emballage de transport et les emballages à l'unité.

Fabrication

Produit fabriqué en Chine ou au Honduras.
Le système Qualité du site de fabrication est conforme à la norme ISO 13485.

Informations réglementaires

Produit marqué CE en conformité avec la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
Classe de dispositif : I, stérile.
Ce produit est conforme à la norme EN 13795.

Stockage

Entreposer dans un endroit sec et frais, à l'écart des sources intenses de chaleur.À conserver dans l'emballage de transport, autant qu'il est pratiquement possible.

Durée de conservation

5 ans, à compter de la date de fabrication.

**Marque déposée ou marque commerciale d'Halyard Health Inc.*
©2014 Halyard Belgique BV/BA. Tous droits réservés.
Créé le 09-déc-2014, version 0

Les dimensions et les propriétés susmentionnées peuvent varier dans les limites des spécifications préétablies. Ce document a été rédigé à partir des informations les plus récentes. Dans l'optique d'une amélioration constante, les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans notification préalable.