wiroSPY FLAT

STÉTHOSCOPE À TÊTE PLATE

PREMIUM



wiroSPY FLAT

Description du produit

Marque	care & serve®
Catégorie	PREMIUM
Désignation de l'article	- care & serve® - PREMIUM | wiroSPY FLAT | Stéthoscope à tête plate

Utilisation de MDR/EPI

Usage prévu	Outil de diagnostic pour l'auscultation des sons corporels.
Champ d'application	Pour l'auscultation du cœur, des poumons, de l'abdomen, des artères carotides, de la glande thyroïde et des vaisseaux périphériques ou la mesure de la pression artérielle par la méthode auscultatoire effectuée par des professionnels de santé.
Groupe d'application	L'utilisation est limitée au personnel ayant reçu une formation appropriée.
Groupe de patients	Les stéthoscopes conviennent à tous les groupes de patients.
Indication	Le stéthoscope est destiné à l'auscultation des patients. L'examen clinique des patients reste d'une grande importance, parallèlement aux méthodes techniques toujours plus sophistiquées. Il englobe l'auscultation du cœur, des poumons, de l'abdomen, des artères carotides, de la glande thyroïde et des vaisseaux périphériques. Les stéthoscopes sont également fréquemment utilisés dans la surveillance de la pression artérielle par la méthode auscultatoire.
Contre-indication	Aucune contre-indication connue.
Remarque	Tous les incidents graves directement liés à ce produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes.
Domaines d'utilisation	Hôpital | maison de retraite | autres groupes spécialisés Cabinets médicaux

Matériau

Matériau	PP | Aluminium | Acier au manganèse | PVC | Cuivre
Conseils en matière de santé	Ce produit ne contient aucune substance ou aucun allergène toxique, cancérigène, mutagène, reprotoxique ou présentant un autre type de toxicité avérée. Le contact avec la peau peut déclencher des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Dans ce cas, retirez-le, en tenant compte des prescriptions de sécurité en vigueur, et consultez un médecin.

Anatomie du produit

1.	Embouts auriculaires
2.	Tubes auriculaires
3.	Ressort
4.	Pavillon
5.	Tubulure en Y

standards

Marquage CE	Dispositif médical de classe 1 selon la norme EU 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroSPYFLAT-DR

Utilisation

Traçabilité	Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 1 valable à partir du lot 2059 +

wiroSPY FLAT

Mode d’emploi	Avant utilisation Assurez-vous avant l'utilisation que les embouts auriculaires ne sont pas obstrués et que le flux d'air est garanti. Maniement Dirigez les embouts auriculaires vers l'avant, et non vers l'arrière, lorsque vous les insérez dans le conduit auditif et assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. Appliquez le stéthoscope uniquement sur la peau nue pour éviter toute interférence avec les vêtements. Réchauffez si nécessaire le pavillon avec la paume de votre main avant utilisation. Veillez à ce que la membrane reste en contact permanent avec la peau du patient pendant l’auscultation. Pour ce faire, appliquez la membrane en exerçant une légère pression. Portez la tubulure en PVC uniquement sur les vêtements, pas directement sur la peau.
Nettoyage	REMARQUE : Ne plongez pas votre stéthoscope dans des liquides et ne le stérilisez pas à la vapeur. Retirez les embouts auriculaires pendant le nettoyage. Nettoyez soigneusement le stéthoscope avant chaque utilisation. Le stéthoscope peut être entièrement nettoyé avec de l'alcool ou de l'eau savonneuse douce. Si une désinfection s'impose, le stéthoscope peut être essuyé avec une solution d'alcool isopropylique à 70 %.
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et règlementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.
Stockage	Protéger du rayonnement solaire. Stocker à sec. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.

Emballage

Recyclage	Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.

WWW

PDF IFU	https://www.wiros.de/IFU/IFU-wiroSPY-FLAT.pdf

Variante 1

Unité de vente	100 pièce/Carton
Sous-emballage	1 pièce/Boîte
Quantité minimale commandée	1 Carton

Numéros d’articles

Numéro d’article	Couleur
75981401	vert
75981402	bleu
75981403	rouge
75981407	Noir

wiroSPY FLAT

GTINs

Numéro d’article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
75981401	----------	4051642325071	----------	4051642825076
75981402	----------	4051642325088	----------	4051642825083
75981403	----------	4051642325095	----------	4051642825090
75981407	----------	4051642325118	----------	4051642825113

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.
Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.
Sous réserve d'erreurs et d'omissions.